

Số: /BVRHM-DVTTBYT

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá

Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Bệnh viện) đang có nhu cầu thẩm định giá linh kiện, phụ kiện thay thế sử dụng cho Hệ thống máy X-quang toàn cảnh CT Cone Beam tại Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng;

Để có cơ sở xác định giá gói thầu, Bệnh viện kính mời các đơn vị có khả năng và kinh nghiệm vui lòng chào giá. Nội dung chào giá theo theo phụ lục đính kèm.

I. Thông tin chi tiết đơn vị nhận báo giá như sau:

- Đơn vị nhận báo giá: Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Bảng báo giá vui lòng gửi trực tiếp về Khoa Dược - Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: 118 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại liên hệ: 0236.3.747.085 vào giờ hành chính trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ.
- Hạn cuối nhận báo giá: đến trước 17h00 ngày 12 tháng 04 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 12 tháng 04 năm 2024.

II. Hồ sơ chào giá gồm:

- Bảng báo giá (ghi rõ họ tên, địa chỉ, ký tên, có đóng dấu đỏ của đơn vị chào giá).
- Bảng báo giá phải ghi rõ thời gian, hiệu lực của chào giá.
- Bản photo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản chứng minh công ty có chức năng trong việc chào giá tương ứng có đóng dấu treo của đơn vị chào giá.
- Giá chào là giá trọn gói đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có).
- Hồ sơ chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc mời chào giá, bên ngoài ghi rõ nội dung: "Báo giá dịch vụ thẩm định giá linh kiện, phụ kiện thay thế sử dụng cho Hệ thống máy X-quang toàn cảnh CT Cone Beam tại Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng".

6. Đơn vị chịu trách nhiệm về tính pháp lý của bảng chào giá và các Đơn vị chào giá đảm bảo độc lập, không liên quan với nhau. Bệnh viện chỉ xem xét, lựa chọn các đơn vị, công ty cung cấp gửi Báo giá đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị./. JK

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website BVRHM;
- Lưu: VT, DVTTBYT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Hải

PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HOÁ CẦN THẨM ĐỊNH GIÁ

(Đính kèm Thư mời chào giá ngày / /2024 của Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện	Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản
1	Đầu bóng phát tia	- Xuất xứ: Italia - Điện áp tối đa: 86kVp - Độ chính xác điện áp: $\pm 8\%$ - Dòng Anode tối đa: 12mA - Độ chính xác dòng Anode: $\pm 10\%$ - Công suất tối đa: 1.032 kW - Tổng độ lọc tia: 2.5 mm Al - Chế độ làm mát đầu bóng: Bằng phương pháp đối lưu - Trữ lượng nhiệt tối đa: 310kJ	01	Cái	Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng	- Hàng hoá mới 100% và đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Đảm bảo tính tương thích, đồng bộ với Hệ thống chụp máy chụp X-quang toàn cảnh CT Cone beam, Nhãn hiệu: VILLA Sistemi Medicali S.p.a./ Italy, Model: Rotograph Evo 3D
2	Bảng mạch chính bộ phát tia - generator board	- Có chứa các chức năng chuyển đổi điện áp để cung cấp điện áp đầu vào cho các chức năng trên bảng mạch - Có chứa đường cáp CANBus mang tín hiệu phát tia từ công tắc phát tia dùng để kiểm soát phát tia - Mạch phát tia cao tần hoạt động với tần số 100kHz - Nhận tín hiệu về thông số kV và mA từ board CPU Generator để điều khiển điện áp cho cực dương và dây tóc đầu bóng. - Cầu chì bảo vệ: + F1: 10 A	01	Cái	Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng	- Hàng hóa sẽ được cung cấp trong thời gian ≤ 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. - Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo đầy đủ số lượng, chất lượng, kỹ thuật.

<i>STT</i>	<i>Danh mục</i>	<i>Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật</i>	<i>Số lượng/Khối lượng</i>	<i>Đơn vị tính</i>	<i>Địa điểm thực hiện</i>	<i>Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản</i>
		+ F F2: 5 A HF + F3: 2 A T				- Thời gian bảo hành: ≥ 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
3	Bảng mạch vi xử lý bộ phát tia - generator cpu board	- Nhận tín hiệu từ bàn phím và điều khiển chung các chức năng của thiết bị - Điều khiển 3 động cơ chính của hệ thống - truyền thông số phát tia cho Generator board - Quản lý các cảnh báo lỗi của hệ thống - Bo mạch CPU dựa trên Bộ vi xử lý Motorola MCF5232 32 bit	01	Cái	Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng	- Kiểm định máy phát tia X: kiểm định Đạt theo quy định An toàn bức xạ.